

## KALKULACJA CENOWA zmiana z dnia 13 lutego 2020 r.

Dostawa rękawic medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.  
Kod CPV: 33140000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne; 33141420-0 Rękawice chirurgiczne

L.P	Nazwa towaru (opis przedmiotu zamówienia)	Jm	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto w złotych	Stawka podatku VAT w %	Całkowita wartość netto w złotych	Wartość podatku VAT w złotych	Całkowita wartość brutto w złotych	Nazwa Producenta/nazwa własna produktu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<b>Rękawice lateksowe (op. 100 sztuk);</b> rozmiary: <b>XS, S, M, L</b> , do jednorazowego użycia, niejałowe, o wysokiej jakości, przeznaczone do badań lekarskich, diagnostycznych i do prac z materiałami zakaznymi, o uniwersalnym kształcie, nie różnicowane na prawą i lewą rękę, <b>bezpudrowe</b> , trwałe i odporne na pęknięcia, z rolowanym brzegiem mankietu, o poziomie AQL $\leq 1,5$ i AQL $\geq 0,65$ (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagań normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4.	op.	<b>148</b>						
2.	<b>Rękawice chirurgiczne sterylne, jedna para w opakowaniu, rozmiary: XS, S, M, L, XL lub od 6,0 do 9,0;</b> jałowe, przeznaczone do stosowania przy inwazyjnych zabiegach w warunkach jałowych, lateksowe, jednorazowe, o anatomicznym kształcie - różnicowane na prawą i lewą rękę, <b>bezpudrowe</b> , z przedłużonym mankietem zakończonym rolowanym brzegiem, odporne na wilgoć, o poziomie AQL $\leq 1,5$ i AQL $\geq 0,65$ (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagań normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4.	op.	<b>310</b>						
3.	<b>Rękawice winylowe (op. 100 sztuk);</b> rozmiary: <b>XS, S, M, L, XL</b> diagnostyczne, <b>bezpudrowe</b> , dopuszczone do kontaktu z żywnością, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, jednorazowe, niejałowe, o uniwersalnym kształcie, nie różnicowane na prawą i lewą rękę, trwałe i odporne na pęknięcia, powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg mankietu, o poziomie AQL $\leq 1,5$ i AQL $\geq 0,65$ (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagań normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4.	op.	<b>3300</b>						
4.	<b>Rękawice winylowe (op. 100 sztuk);</b> rozmiary: <b>XS, S, M, L, XL;</b> diagnostyczne, <b>lekko pudrowane</b> mączką kukurydzianą, dopuszczone do kontaktu z żywnością, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, jednorazowe, niejałowe, o uniwersalnym kształcie, nie różnicowane na prawą i lewą rękę, trwałe i odporne na pęknięcia, powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg mankietu, o poziomie AQL $\leq 1,5$ i AQL $\geq 0,65$ (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagań normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4.	op.	<b>2435</b>						

5.	<p><b>Rękawice nitylowe (op. 100 sztuk)</b>; rozmiary: <b>S, XS, M, L, XL bezpudrowe</b>, zabiegowe/diagnostyczne syntetyczne, wykonane z nityliu, nie zawierające lateksu i kauczuku naturalnego, niejąłowe o uniwersalnym kształcie pasującym na prawą i lewą rękę, z równomiernie rolowanym brzegiem mankietu, grube w kolorze niebieskim lub fioletowym.</p> <p>Rękawice przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka, o poziomie AQL <math>\leq 1,5</math> i AQL <math>\geq 0,65</math> (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagań normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4.</p>	op.	5190					
<b>RAZEM</b>								

**\*Uwaga:**

- 1) w kolumnie nr 10 Wykonawca zobowiązany jest do wpisania nazwy producenta/nazwy własnej produktu, która pozwoli na identyfikację produktu. Zamawiający informuje, że brak wpisu w ww: kolumnie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, chyba, że z dalszej treści oferty( np. załączonych opisów katalogu dostawy) Zamawiający będzie mógł uzyskać informację o zaferowanym produkcie.
- 2) parametry charakteryzujące poszczególne wyroby, opisane w tabeli powyżej, są minimalnymi parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. Wykonawcy mogą zaferować wyroby o wyższych parametrach jakościowych niż wskazane przez Zamawiającego;
- 3) podana w Kalkulacji szacunkowej ilość jest ilością maksymalną szacunkową. Zamawiający może zamówić mniejszą ilość towaru;
- 4) cena podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz w Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2), jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca strony przez cały okres realizacji zamówienia.

Cena oferty netto ..... zł.

Cena oferty netto słownie złotych: .....

Wartość podatku Vat ..... zł.

Wartość podatku VAT słownie złotych: .....

Wartość oferty brutto ..... zł.

Wartość oferty słownie złotych: .....

.....  
 (data i miejscowość) .....  
 .....  
 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)