

KALKULACJA CENOWA

Dostawa rękawic medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.
Kod CPV: 33140000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne; 33141420-0 Rękawice chirurgiczne

L.P	Nazwa towaru (opis przedmiotu zamówienia)	Lp.	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto w złotych	Stawka podatku VAT w %	Całkowita wartość netto w złotych	Wartość podatku VAT w złotych	Całkowita wartość brutto w złotych	Nazwa Producenta/nazwa własna produktu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Rękawice lateksowe (op. 100 sztuk) ; rozmiary: XS, S, M, L , do jednorazowego użycia, niejąłowe, o wysokiej jakości, przeznaczone do badań lekarskich, diagnostycznych i do prac z materiałami zakaznymi, o uniwersalnym kształcie, nie różnicowane na prawą i lewą rękę, bezpudrowe , trwałe i odporne na pęknięcia, z rolowanym brzegiem mankietu, o poziomie AQL $\leq 1,5$ i AQL $\geq 0,65$ (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagań normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4.	op.	148						
2.	Rękawice chirurgiczne sterylne, jedna para w opakowaniu, rozmiary: XS, S, M, L, XL lub od 6,0 do 9,0 ; jałowe, przeznaczone do stosowania przy inwazyjnych zabiegach w warunkach jałowych, lateksowe, jednorazowe, o anatomicznym kształcie - różnicowane na prawą i lewą rękę, bezpudrowe , z przedłużonym mankietem zakończonym rolowanym brzegiem, odporne na wilgoć, o poziomie AQL $\leq 1,5$ i AQL $\geq 0,65$ (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagań normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4.	op.	310						
3.	Rękawice winylowe (op. 100 sztuk) ; rozmiary: XS, S, M, L, XL diagnostyczne, bezpudrowe , dopuszczone do kontaktu z żywnością, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, jednorazowe, niejąłowe o uniwersalnym kształcie, nie różnicowane na prawą i lewą rękę, trwałe i odporne na pęknięcia, powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg mankietu, o poziomie AQL $\leq 1,5$ i AQL $\geq 0,65$ (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagań normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4.	op.	3300						
4.	Rękawice winylowe (op. 100 sztuk) ; rozmiary: XS, S, M, L, XL ; diagnostyczne, lekkopudrowane maczką kukurydzianą, dopuszczone do kontaktu z żywnością, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, jednorazowe, niejąłowe o uniwersalnym kształcie, nie różnicowane na prawą i lewą rękę, trwałe i odporne na pęknięcia, powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg mankietu, o poziomie AQL $\leq 1,5$ i AQL $\geq 0,65$ (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagań normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4.	op.	2435						

5.	<p>Rękawice nitylowe (op. 100 sztuk); rozmiary: S, XS, M, L, XL bezpudrowe, zabiegowe/diagnostyczne syntetyczne, wykonane z nitylu, nie zawierające lateksu i kauczuku naturalnego, niejąłowe o uniwersalnym kształcie pasującym na prawą i lewą rękę, z równomiernie rolowanymi brzegiem mankietu, grube w kolorze niebieskim lub fioletowym. Rękawice przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka, o poziomie AQL $\leq 1,5$ i AQL $\geq 0,65$ (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagań normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4.</p>	op.	5190					
6.	<p>Uchwyt potrójny na rękawice - wykonany z drutu stalowego nierdzewnego z blazką montażową, malowany białą lub srebrną farbą o podwyższonej odporności. Uchwyt posiadają możliwość mocowania do ściany lub innych powierzchni płaskich za pomocą wkrętów lub taśmy montażowej bez konieczności wiercenia. Uchwyt umożliwiał zamieszczenie trzech opakowań rękawic.</p>	szt.	12					
7.	<p>Uchwyt potrójny na rękawice - wykonany z drutu stalowego nierdzewnego w kolorze białym lub srebrnym, który umożliwiał pionowe zamieszczenie trzech opakowań rękawic. Uchwyt posiadają możliwość mocowania do ściany lub innych powierzchni płaskich za pomocą wkrętów lub taśmy montażowej bez konieczności wiercenia.</p>	szt.	2					
RAZEM								

***Uwaga:**

- 1) **w kolumnie nr 10** Wykonawca zobowiązany jest do wpisania nazwy producenta/nazwy produktu, która pozwoli na identyfikację produktu. Zamawiający informuje, że brak wpisu w ww. kolumnie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, chyba, że z dalszej treści oferty(np. załączonych opisów katalogu dostawy) Zamawiający będzie mógł uzyskać informację o zaferowanym produkcie.
- 2) parametry charakteryzujące poszczególne wyroby, opisane w tabeli powyżej, są minimalnymi parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. Wykonawcy mogą zaoferować wyroby o wyższych parametrach jakościowych niż wskazane przez Zamawiającego;
- 3) podana w kalkulacji szacunkowej ilość jest ilością maksymalną szacunkową. Zamawiający może zamówić mniejszą ilość towaru;
- 4) cena podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz w kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2), jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca strony przez cały okres realizacji zamówienia.

Cena oferty netto zł.

Cena oferty netto słownie złotych:

Wartość podatku Vat zł.

Wartość podatku VAT słownie złotych:

Wartość oferty brutto zł.

Wartość oferty słownie złotych:

.....
(data i miejscowość).....
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)